

Противопоказания:

- наличие в организме металлических предметов (осколков),
- ферромагнитные эндопротезы,
- ферромагнитные фиксирующие металлоконструкции,
- некоторые виды зубных штифтов (нержавеющая сталь),
- кардиостимуляторы,
- металлические клипсы на артериях головного мозга,
- имплантаты среднего уха (электронные или ферромагнитные
- вшитые инсулиновые помпы и вшитые нервные стимуляторы,

Относительные противопоказания:

- беременность (особенно первый триместр),
- протезы клапанов сердца (немагнитные) с признаками дисфункции,
- стенты сосудов сердца и почек (в течение 1,5 месяцев после операции),
- металлические клипсы на сосудах брюшной полости и таза (также в течение 1,5 месяцев после операции).

Кроме того, МРТ с контрастированием нежелательно проходить пациентам с хронической почечной недостаточностью, в период лактации, а также – при индивидуальной непереносимости особенностей аппарата.