

## **Противопоказания:**

Наличие в организме металлических предметов (осколков) Ферромагнитные эндопротезы, ферромагнитные фиксирующие металлоконструкции, некоторые виды зубных штифтов (нержавеющая сталь) Кардиостимуляторы Металлические клипсы на артериях головного мозга Имплантаты среднего уха (электронные или ферромагнитные) Вшитые инсулиновые помпы и вшитые нервные стимуляторы Относительными противопоказаниями к МРТ являются беременность (особенно первый триместр), протезы клапанов сердца (немагнитные) с признаками дисфункции, стенты сосудов сердца и почек (в течение 1,5 месяцев после операции), металлические клипсы на сосудах брюшной полости и таза (также в течение 1,5 месяцев после операции). Кроме того, КТ с контрастированием нежелательно проходить пациентам с хронической почечной недостаточностью, в период лактации, а также – при индивидуальной непереносимости особенностей аппарата.